

机构概况

信息公开

法规文件

审评科学

办事大厅

软性接触镜产品如何延长产品的货架有效期

发布时间: 2020-01-03

因现有注册证及其附件已经载明了软性接触镜产品的货架有效期, 应按照许可事项变更程序进行变更。建议参照GB/T 11417.8-2012《眼科学 接触镜第8部分: 有效期的确定》开展货架有效期研究。申报时需提供完整的实时老化研究报告。

审评三部 供稿



微信公众号

地址: 北京市海淀区气象路50号院1号楼 邮编: 100081 电话: 010-86452722

本站由国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心主办 版权所有 未经许可禁止转载或建立镜像

Copyright © CMDE All Rights Reserved

备案序号: 京ICP备08100530号 京公网安备11010802032264号