

柠檬酸消毒液的性能研究有哪些

发布时间: 2022-12-12

用于血液透析机内部管路加热消毒的柠檬酸消毒液的性能研究至少包括: 外观、pH值、装量、产品主要有效成分(柠檬酸等含量)、有效期、对金属腐蚀性、杀灭微生物指标等。如产品主要有效成分包含特殊物质, 或其他非同类已上市产品功能的, 应规定相应物质成分、含量和使用性能。

审评五部



微信公众号

地址: 北京市海淀区气象路50号院1号楼 邮编: 100081 电话: 010-86452722

本站由国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心主办 版权所有 未经许可禁止转载或建立镜像

Copyright © CMDE All Rights Reserved

备案序号: 京ICP备08100530号 京公网安备11010802032264号