

机构概况

信息公开

法规文件

审评科学

办事大厅

接触镜是否均需进行褪色试验研究

发布时间: 2023-09-15

增强着色类接触镜（装饰性彩色隐形眼镜）需进行褪色试验；可见性（可操作性）着色类接触镜无需进行褪色试验，包含可见性着色的软性接触镜和为区分左右眼镜片而进行着色的硬性接触镜。

审评三部 供稿



微信公众号

地址：北京市海淀区气象路50号院1号楼 邮编：100081 电话：010-86452722

本站由国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心主办 版权所有 未经许可禁止转载或建立镜像

Copyright © CMDE All Rights Reserved

备案序号：京ICP备08100530号 京公网安备11010802032264号